

Warszawa, 18.12.2019r.

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr ZO-49/19/BD na dzierżawę mieszalnika do leków cytostatycznych.

WYJAŚNIENIE TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na pytania zgłoszone do zapytania ofertowego nr ZO-49/19/BD przekazujemy treść odpowiedzi Zamawiającego - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Pytanie nr 1

„Dotyczy punktu 12 - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów poprzez wydłużenie czasu na usunięcie usterki w maksymalnym terminie kolejnych 10 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 20 dni od daty zgłoszenia?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki w maksymalnym terminie kolejnych 10 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 20 dni od daty zgłoszenia.

Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 12 – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/SPECYFIKACJA TECHNICZNA dot. czasu reakcji na zgłoszoną awarię.

Pytanie nr 2

„Dotyczy punktu 13 - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów poprzez wydłużenie czasu w przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 15 dni roboczych, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 15 dni roboczych dostarczył urządzenie zastępcze.

Zamawiający publikuje na stronie www.coi.pl zmodyfikowany Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

mgr Monika Szwarczewska