

19. GRU. 2022

Warszawa, r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa zestawów do żywienia dojelitowego

PN-290/22/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

dotyczy wzoru umowy załącznik nr 7 §5 pkt. 10

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pomp w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

dotyczy wzoru umowy załącznik nr 7 §13 ust. 1 pkt 1 i 2

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §13 ust. 1 pkt. 1 i 2 do 0,5% wartości brutto towaru, którego dotyczy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Załącznika nr 2 do SWZ

3.Czy Zamawiający dopuści zestawy do żywienia dojelitowego (zgodne z nowym standardem ENfit), posiadające możliwość podłączenia do worka z portem ENplus lub do butelki, składające się z m.in. uniwersalnego adapteru do butelki, igły biorczej ENplus, męskiego portu ENFit z zatyczką, żeńskiego łącznika ENFit, zatyczki ENFit?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. par. 5 ust. 14 wzoru umowy

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił 48h lub 72h (wybrać) w dni robocze?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił 48h w dni robocze.

§ 5 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca gwarantuje czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia pompy, czyli podjęcie działań zmierzających do jego usunięcia, nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze.“

Dot. par. 5 ust. 15 wzoru umowy

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas usunięcia uszkodzenia pompy wynosił 5 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. § 5 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„Gwarantowany przez Wykonawcę czas usunięcia uszkodzenia pompy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia do naprawy części zamiennych zagranicą - maksymalnie 10 dni roboczych - licząc od dnia jego pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia pompy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pompę zastępczą na czas naprawy.“

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Wioletta Dmowska

.....

ST. SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Terach-Wórosz