

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa worków foliowych, dozowników, artykułów czystościowych, pojemników na zużyte igły.

PN-44/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

1. Zamawiający w „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 7 do SWZ nr PN-44/23/KT” wskazał:

§ 5 Dostawa towaru 1. Towar dostarczany będzie na podstawie sukcesywnie składanych zamówień częściowych, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy.

Dotyczy dostawy pojemników na zużyte igły.

Prosimy o określenie częstotliwości zamawiania poszczególnych pozycji wymaganego asortymentu np., 1x w mc-u. Pragnę zwrócić uwagę na fakt iż wykonawca zobowiązany jest do oszacowania kosztów związanych z realizacją dostawy określonych/częściowych zamówień.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W warunkach szpitalnych przy zmiennej i niemożliwej do przewidzenia liczbie pacjentów, powyższe określenie częstotliwości zamawiania poszczególnych pozycji jest trudne do określenia.

2. W związku z brakiem osób decyzyjnych przebywających na urlopie oraz krótkim terminem składania ofert, od momentu ogłoszenia, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16-02-2023.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu nr 5

3. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pojemniki, które po zamknięciu pokrywy nie są szczelne i mogą powodować że resztki płynów ustrojowych, znajdujące się na wkładanym do pojemnika sprzęcie medycznym, będą z niego wyciekać?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zapisów SIWZ

4. Zwracamy się z prośbą o dodanie do części XV – Przedmiotowe środki dowodowe, zapisu mówiącego o konieczności dostarczenia próbek oferowanego sprzętu w zakresie pakietu nr 5, w celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Pojemniki na zużyte igły nie są sprzętem medycznym, w związku z czym część producentów/dostawców dość swobodnie podchodzi do rzetelności danych umieszczanych w przygotowywanych przez siebie katalogach czy też folderach.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zamawiający w „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 7 do SWZ nr PN-44/23/KT” wskazał:

§ 5 Dostawa towaru pkt. 6. Wykonawca dostarczy towar na swój koszt i ryzyko bezpośrednio do Magazynu Zamawiającego przy ul. W. K. Roentgena 5 w Warszawie w dni robocze w godz. 08.00-15.00 Prosimy o doprecyzowanie dotyczące lokalizacji magazynu (parter, piętro, rampa, itp.).

Z uszczegółowieniem ewentualnych przeszkód architektonicznych, mające znaczący wpływ na bezproblemowe dostawy, np., czy można wjechać tam wózkiem typu „paleciak”, obowiązek korzystania z windy towarowej itp.

Odp.: Zamawiający informuje, Magazyn (Biuro) znajduje się na poziomie (-1). Wjazd z towarami na rampę usytuowany jest od strony ul. Roentgena przy posterunku ochronny. Istnieje możliwość rozładunku na rampie za pomocą wózków widłaków, rampa znajduje się na wysokości naczepy.

6. Zamawiający w „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 7 do SWZ nr PN-44/23/KT” wskazał:

§ 5 Dostawa towaru pkt. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie towaru oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Kierownika Sekcji Magazynów Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną.

Wnioskujemy o wskazanie jednego miejsca dostaw, (dotyczy lekkie pojemniki).

Doprecyzowanie to ma znaczący wpływ na realizację dostaw zamówionego asortymentu. Dostawy które realizowane są za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich dostarczane są ze wskazaniem dokładnego miejsca rozładunku, najczęściej do pierwszej przeszkody architektonicznej. Brak doprecyzowania takiego zapisu może skutkować problemami podczas dostaw.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż informacje o dostawie należy kierować do „Magazyn (Biuro)” na poziomie (-1) pomieszczenie 062. Tam dostawca/ kurier otrzymuje wytyczne/informację o formie rozładunku. Jeżeli są to paczki o małych gabarytach i lekkie dostawca dostarcza do pokoju 062. W przypadku dużych gabarytów /palet rozładunek następuje na rampie.

7. Zamawiający w „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 7 do SWZ nr PN-44/23/KT” wskazał:

§ 6 Odbiór towaru pkt. 1. Odbiór towaru dokonywany będzie w Magazynie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Kierownika Sekcji Magazynów Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „inne miejsce” (rampa, pokój, piętro) z uszczegółowieniem ewentualnych przeszkód architektonicznych, mające znaczący wpływ na bezproblemowe dostawy, np., czy można wjechać tam wózkiem typu „paleciak”, obowiązek korzystania z windy towarowej itp.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 i 6.

Część nr 5, pozycja 1

8.Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 0,7l?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, pojemniki o takiej pojemności Zamawiający określił w pozycji 2 części nr 5.

Część nr 5, pozycja 1-3

9.Czy Zamawiający dopuści Pojemniki wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Wioletta Dmowska

.....

