

Warszawa, 28 LUT. 2023

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla Zakładu Radioterapii. Nr sprawy: PN-14/23/MSZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

#### Pytanie nr 1

##### **Dotyczy: Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści arkusz z mikroperforacją 15%, która jest odpowiednikiem wartości 17% w produktach konkurencji? Procentowa wartość perforacji nie jest jednoznaczna, w maskach termoplastycznych jest określana w zróżnicowany sposób, w zależności od producenta.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

#### Pytanie nr 2


##### **Dotyczy: Pakiet 3, pozycja 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści maski z perforacją maxi 42%, która jest odpowiednikiem wartości 24% w produktach konkurencji? Procentowa wartość perforacji nie jest jednoznaczna, w maskach termoplastycznych jest określana w zróżnicowany sposób, w zależności od producenta.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
  
Wioletta Dmowska

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
Monika Szymańska