

Warszawa, dnia2023-06-07.....

Wyjaśnienia treści SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych tj. 215 000 euro w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, na **dostawę wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku. Oznaczenie sprawy: TP-35/23/JS.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego bronchofiberoskopu w rozmiarach do wyboru, rozmiary oznaczone kolorystycznie w celu łatwej identyfikacji, posiadające następujące parametry: pole widzenia powyżej 85o, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół minimum 200o, średnica zewnętrzna 5,4 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 2,8 mm dla rozmiaru większego i 3,6 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 1,4 mm dla rozmiaru mniejszego z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6/5 w zależności od rozmiaru. Gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilne z monitorem Screeni HD. Pakowane po 5 sztuk. Wykonawca bezpłatnie dostarczy Zamawiającemu na czas trwania umowy lub do wyczerpania bronchofiberoskopów jednorazowych monitor generujący obraz jakości HD 1280 x 800 HD z kolorowym ekranem 10,1”. Waga 1800g, wymiary 300 x 200 x 110 mm, zasilanie sieciowe lub z wewnętrznego akumulatora pracującego do 3 h po naładowaniu, monitor kolorowy, dotykowy; TFT LCD, z możliwością nagrywania filmów i wykonywania zdjęć, przechowywania ich w pamięci wewnętrznej 16 GB lub eksportowania na zewnętrzną pamięć USB. W zestawie uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na stojaku do kroplówek.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Części nr 2:

Czy Zamawiający oczekuje bronchofiberoskopu j.u. z portem narzędziowym umieszczonym poniżej uchwytu, co zwiększa jego dostępność oraz aby ten port zabezpieczony był zatyczką na uwięzi?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Części nr 2:

Czy Zamawiający oczekuje bronchofiberoskopu j.u., którego sekcja gięta odchyła się w zakresie minimum 200 ° ± 5° góra/dół co ułatwia manewrowanie w układzie oddechowym i dotarcie do trudno dostępnych segmentów drzewa oskrzelowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ.



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy

Pytanie nr 4 dotyczy Części nr 2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ujście kanału roboczego ma posiadać dużą powierzchnię odsysania min. 9 mm² (dla średnicy wżernika 5,4mm) i miało kształt elipsy, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność i siłę ssania, a zatem ułatwia wykonanie odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego i procedury BAL?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Wioletta Dmowska

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
J.S.
mgr Joanna Stradomska