

Warszawa, 27.07.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne tj. 215 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą (4 części), nr sprawy: PN-79/23/MSZ

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dot. części nr 1

Czy Zamawiający udzieli zgody na zaoferowanie analizatora o wydajność 24 wyników na godzinę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Dot. części nr 1

Czy Zamawiający udzieli zgody na zaoferowanie analizatora, który wymaga napiępowania badanej próbki krwi bądź osocza?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,