

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej i histochemicznej wraz z dzierżawą aparatów.

PN-150/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Dotyczy Załącznika nr 2b OPZ-część 2

Punkt 3

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie używanego, kompletnego i gotowego do użycia aparatu (rok produkcji 2020)?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Punkt 17

2. Czy Zamawiający uzna jako równoważne, rozwiązanie polegające na monitorowaniu poziomu ścieków w oprogramowaniu?

**Odp.: Tak, Zamawiający uzna jako równoważne rozwiązanie, polegające na monitorowaniu poziomu ścieków w oprogramowaniu.**

Dotyczy Załącznika nr 2b OPZ-część 2 tabela

Pozycja nr 14

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 100 testów barwienia PAS/Alcjan Blue, zamiast 100 barwień PAS/Light Green?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pozycja nr 19 i 20

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 600 testów Massons's Trichrome zamiast 400 barwień Trichrom Masson oraz 200 barwień Trichrome Green? Test Massons's Trichrome jest testem analogicznym, służącym do barwienia komórek tkanki łącznej, komórek mięśniowych, włókien kolagenu.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy część 1, Tabela nr 1: Lista przeciwciał pierwszorzędowych oraz sond genomowych gotowych do użycia.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z listy wymaganych pozycji przeciwciała MITF? Firma (...) nie posiada aktualnie w swojej ofercie tego przeciwciała.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy Załącznik nr 2a do SWZ, Część 1

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uruchomienia aparatu opisanego w pkt. 7, wraz z jego integracją z wewnętrznym systemem informatycznym w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej wynosił do 30 dni roboczych? Dotychczasowe doświadczenia Wykonawcy wskazują, że jest to realny termin w przypadku proponowanego aparatu.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy Załącznik nr 2b do SWZ, Część 2

7. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 7 tabeli Barwienie Gram oraz pozycji 18 tabeli Barwienie Orcein.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

zał. nr 7 PPU

par. 2 ust. 2 pkt 5

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zostały dostarczone dokumenty w formie elektronicznej (email, strona internetowa)?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

par. 5 ust. 3 oraz par. 12 ust. 1

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i reklamacji?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

par. 7 ust. 4

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej (email, strona internetowa)?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

par. 9 ust. 5

11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

par. 11 oraz par. 13 ust. 2

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

13.Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

par. 12 ust. 7

14.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

par. 13 ust. 1 pkt 4

15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

par. 13 ust. 5

16.Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

par. 14 ust. 14

17.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia umowy z “Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie ust. 9, nie może przekroczyć 20% łącznej wartości pierwotnej Umowy.” na: “Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie ust. 9, nie może przekroczyć 50% łącznej wartości pierwotnej Umowy.”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

par. 15 ust. 2

18.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.**

par. 17

19.Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ (brak załączonego wzoru).**

par. 20 ust. 6

20.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Powyższe dopuszczenia Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 -2.2, 2a, 2b do SWZ w Formularzu cenowym , Opisie przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*Milena Kalkert-Nowak*

ST. SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*Kerch-Nowak*