

25. SIE. 2023

Warszawa, ..... r.

**Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana terminu składania ofert**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: **Doposażenie akceleratorów (nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania) - system planowania leczenia do planowania radioterapii adaptacyjnej z pacjentem na stole terapeutycznym (On-Couch Adaptive Radiotherapy OCAR) wraz z rozbudową akceleratorów o oprogramowanie do realizacji i zarządzania napromienianiem w trybie OCAR.**  
**PN-203/23/KT**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

**1. Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 9.6**

Zamawiający proszony jest o wykreślenie w pkt 9.6 słowa „bezpłatnego” z tego powodu, że Wykonawca nie świadczy żadnych usług bezpłatnych czy nieodpłatnych, a jedynie w ramach przewidzianego wynagrodzenia, które nie ulega z tego tytułu zwiększeniu. Świadczenie usług bezpłatnych wiąże się z konsekwencjami podatkowymi zarówno dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego.

Zamawiający proszony jest o zmianę treści pkt 9.6 na poniższą:

„W okresie gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu przedmiotu umowy, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym przedmiotu umowy.”

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Pkt 9.6 otrzymuje brzmienie:**

„W okresie gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu przedmiotu umowy, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym przedmiotu umowy.” Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne (wymagane parametry graniczne oraz inne wymagane warunki), parametry techniczne podlegające ocenie, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

2. Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 9.9 oraz §4 ust. 14 załącznika nr 7 do SWZ;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że okres gwarancji który ulegnie przedłużeniu będzie dotyczył udokumentowanego czasu niesprawności systemu/sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania (wyłączenie z eksploatacji), a wadliwe działanie systemu/sprzętu które nie przyczynia się do przestoju i wyłączenia systemu z pracy klinicznej nie będzie wpływało na przedłużenie okresu gwarancji.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji który ulegnie przedłużeniu będzie dotyczył udokumentowanego czasu niesprawności systemu/sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania (wyłączenie z eksploatacji), a wadliwe działanie systemu/sprzętu które nie przyczynia się do przestoju i wyłączenia systemu z pracy klinicznej nie będzie wpływało na przedłużenie okresu gwarancji.**

3. Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 9.9

Zamawiający proszony jest o zmianę treści pkt. 9.9 na poniższą:

„Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy niesprawności powodującej wyłączenie przedmiotu umowy z eksploatacji”.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Pkt 9.9 otrzymuje brzmienie:**

„Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy niesprawności powodującej wyłączenie przedmiotu umowy z eksploatacji” Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne (wymagane parametry graniczne oraz inne wymagane warunki), parametry techniczne podlegające ocenie, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

4. Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 11.3

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zgodnie z treścią pkt 9.2 oryginał podpisanych protokołów: zdawczo-odbiorczych z dostawy i odbioru oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem Wykonawca dostarcza do Działu Gospodarki Aparaturowej wyłącznie w sytuacji, gdy dokument ten nie został załączony do odpowiedniej faktury.

**Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.**

5. Załącznik nr 7 do SWZ, § 3 ust. 3

Zamawiający proszony jest o skorygowanie błędnego odesłania do §1 ust. 9 pkt 2), prawdopodobnie może chodzić o §1 ust. 8 pkt 2.

**Odp.: §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Płatność za dostawę, instalację i uruchomienie aparatury (§ 2 ust. 1 pkt 2) Umowy) oraz za szkolenie (§ 2 ust. 1 pkt 3) Umowy zostanie dokonana po podpisaniu bez uwag Protokołu instalacji, uruchomienia wraz z przeprowadzonym szkoleniem, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT". Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

6. Załącznik nr 7 do SWZ § 3 ust. 6

Zamawiający mając na uwadze sposób realizacji przedmiotu umowy w tym dostarczenie do dnia 20 listopada 2023 r. systemu/sprzętu do magazynu wykonawcy, proszony jest o zmianę treści ust. 6 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na kwotę, o której mowa w §2 ust.1 pkt 1 Umowy i dostarczyć ją Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia systemu/sprzętu do magazynu Wykonawcy co potwierdzone zostanie podpisaniem przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru systemu/sprzętu.”

Jeżeli Zamawiający nie dokona proponowanej powyżej zmiany treści ust. 6, to proszony jest o uwzględnienie w treści ust. 6, że dotyczy on części wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1, które należne jest wykonawcy po dostarczeniu systemu/sprzętu do magazynu wykonawcy co potwierdzone zostanie podpisaniem przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru systemu/sprzętu, o którym mowa w §1 ust. 8 pkt 1.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na kwotę określoną w § 2 ust. 1 pkt 1 należną Wykonawcy po dostarczeniu systemu/sprzętu do magazynu Wykonawcy co potwierdzone zostanie podpisaniem przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru systemu/sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1”. Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

7. Załącznik nr 7 do SWZ § 3 ust. 7 tiret drugie

Zamawiający proszony jest o skorygowanie treści odesłań do §1 ust. 9 oraz ust. 3 pkt 1, w taki sposób, aby jednoznaczne było jaki dokumenty/jakie dokumenty należy dołączyć i jakie adnotacje należy poczynić w przypadku przekazania Zamawiającemu faktury elektronicznej lub ustrukturyzowanej.

Odp.: Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

8. Załącznik nr 7 do SWZ §4 ust. 2

Zamawiający proszony jest o skorygowanie błędnego odesłania do §1 ust. 9 pkt 2), prawdopodobnie może chodzić o §1 ust. 8 pkt 2.

Odp.: Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

9. Załącznik nr 7 do SWZ §4 ust. 10

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że czas reakcji liczyć się będzie w sposób zgodny z pkt 9.8 załącznika nr 2 do SWZ.

Odp.: Tak.

10. Załącznik nr 7 do SWZ, §4 ust. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w ten sposób, że otrzyma ono brzmienie;

„Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad w ciągu 24 godzin od ich zgłoszenia (czas reakcji) i udostępnienia sprzętu Wykonawcy oraz do usunięcia zgłoszonych wad systemu/sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji), a w przypadku, gdyby termin ten wypadał w dniu ustawowo wolnym od pracy, w terminie do godz. 12 w pierwszym dniu roboczym, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia. Dla uznania przez Zamawiającego konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem .....dni, wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca oświadcza, że części zamienne będą wolne od wad fizycznych i prawnych.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad w ciągu 24 godzin od ich zgłoszenia (czas reakcji) i udostępnienia sprzętu Wykonawcy oraz do usunięcia zgłoszonych wad systemu/sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji), a w przypadku, gdyby termin ten wypadał w dniu ustawowo wolnym od pracy, w terminie do godz. 12 w pierwszym dniu roboczym, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia. Dla uznania przez Zamawiającego konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem .....dni, wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca oświadcza, że części zamienne będą wolne od wad fizycznych i prawnych.” Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

11. Załącznik nr 7 do SWZ, §4 ust. 11

Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 11 na poniższą:

„Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia



raportu serwisowego potwierdzającego sprawność techniczną systemu/sprzętu.”

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i § 4 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego potwierdzającego sprawność techniczną systemu/sprzętu.”**

**Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

12. Załącznik nr 7 do SWZ, §4 ust. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych, Zamawiający dopuszczają wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe sign lub innych podobnych rozwiązań.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych, Zamawiający dopuszczają wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe sign lub innych podobnych rozwiązań.**

13. Załącznik nr 7 do SWZ, §4 ust. 13

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż w przypadku zakończenia naprawy poprzez użycie interwencji zdalnej realizowanej poprzez narzędzia zdalnej diagnostyki Zamawiający upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania raportu serwisowego i uznania jako terminu zakończenia naprawy, daty i godziny wskazanej w raporcie serwisowym.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zakończenia naprawy poprzez użycie interwencji zdalnej realizowanej poprzez narzędzia zdalnej diagnostyki Zamawiający upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania raportu serwisowego i uznania jako terminu zakończenia naprawy, daty i godziny wskazanej w raporcie serwisowym.**

14. Załącznik nr 7 do SWZ, §4 ust. 15

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wykonanie ekspertyzy Zamawiający zleci podmiotowi upoważnionemu do wykonywania tych czynności zgodnie z postanowieniami obecnego aktu prawnego Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022.974) tj. art. 63 ust. 3.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że wykonanie ekspertyzy Zamawiający zleci podmiotowi upoważnionemu do wykonywania tych czynności zgodnie z postanowieniami obecnego aktu prawnego Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022.974) tj. art. 63 ust. 3.**

15. Załącznik nr 7 do SWZ, §4 ust. 16

Zamawiający proszony jest o wykreślenie słowa „bezpłatnego” z tego powodu, że Wykonawca nie świadczy żadnych usług bezpłatnych czy nieodpłatnych, a jedynie w ramach przewidzianego wynagrodzenia, które nie ulega z tego tytułu zwiększeniu. Świadczenie usług bezpłatnych wiąże się z konsekwencjami podatkowymi zarówno dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego.

Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 16 na poniższą:

„Jeżeli reklamacja Zamawiającego w ocenie eksperta uznana będzie za uzasadnioną, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy, a w ramach wynagrodzenia usunie wadę systemu/sprzętu lub wymieni system/sprzęt na nowy.”

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i § 4 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli reklamacja Zamawiającego w ocenie eksperta uznana będzie za uzasadnioną, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy, a w ramach wynagrodzenia usunie wadę systemu/sprzętu lub wymieni system/sprzęt na nowy.” Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

16. Załącznik nr 7 do SWZ, §4

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż umożliwi Wykonawcy realizację usług zdalnej diagnostyki sprzętu/aparatury poprzez zapewnienie przez Zamawiającego stałego połączenie usług zdalnych do serwerów internetowych umożliwiających zdalne wsparcie i zdalną reakcję serwisową.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, iż umożliwi Wykonawcy realizację usług zdalnej diagnostyki sprzętu/aparatury poprzez zapewnienie przez Zamawiającego stałego połączenie usług zdalnych do serwerów internetowych umożliwiających zdalne wsparcie i zdalną reakcję serwisową.**

17. Załącznik nr 7 do SWZ §4 ust. 21

Zamawiający, mając na uwadze, że w lit. e niniejszego ustępu mowa jest o uszkodzeniu spowodowanym przez zdarzenia niosące znamion siły wyższej, proszony jest po lit. f o dodanie litery g w brzmieniu:

„g. jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych względem systemu/sprzętu lub jego elementu”;

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do § 4 ust. 21 lit. g. Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

18. Załącznik nr 7 do SWZ §5 ust. 1 pkt 3

Zamawiający proszony jest o:

skorygowanie błędnego odesłania do §4 ust. 5, zapewne chodzi o §4 ust. 7,

- dodanie na końcu zdania treści w brzmieniu: „oraz w każdym przypadku, gdy zgłoszona zostanie wada systemu/sprzętu”

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

19. Załącznik nr 7 do SWZ §8 ust. 2 lit. b)

Zamawiający proszony jest o zweryfikowanie odwołania do §4 ust. 2.

**Odp.: Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

20. Załącznik nr 7 do SWZ §9 ust. 1

Zamawiający proszony jest o zweryfikowanie odwołania do §1 ust. 5 oraz §1 ust. 6.

**Odp.: Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

21. Załącznik nr 7 do SWZ §9 ust. 6

Zamawiający proszony jest o zweryfikowanie odwołania do §4 ust. 5.

**Odp.: Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień**

22. Załącznik nr 7 do SWZ §9 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,1%.

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecnictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi Zamawiającego do unieważnienia postępowania.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Załącznik nr 7 do SWZ §9 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,1%.

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi Zamawiającego do unieważnienia postępowania

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

24. Załącznik nr 7 do SWZ §9 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 10%.

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi Zamawiającego do unieważnienia postępowania

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

25. Załącznik nr 7 do SWZ §10 ust. 1, ust. 6

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że spełnienie obowiązku udzielenia Zamawiającemu licencji może nastąpić również przez inny podmiot posiadający prawa do udzielenia licencji w zakresie o jakim mowa w §10 załącznika nr 7 do SWZ, a ust. 6 znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy licencja udzielana jest przez wykonawcę.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że spełnienie obowiązku udzielenia Zamawiającemu licencji może nastąpić również przez inny podmiot posiadający prawa do udzielenia licencji w zakresie o jakim mowa w §10 załącznika nr 7 do SWZ, a ust. 6 znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy licencja udzielana jest przez wykonawcę.**

26. Załącznik nr 7 do SWZ §10 ust. 3

W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia oraz umowy w zakresie aktualizacji oprogramowania obejmuje wyłącznie przeprowadzanie przez wykonawcę wymaganych przez producenta aktualizacji oprogramowania i obowiązek ten będzie realizowany wyłącznie okresu gwarancji

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia oraz umowy w zakresie aktualizacji oprogramowania obejmuje wyłącznie przeprowadzanie przez wykonawcę wymaganych przez producenta aktualizacji oprogramowania a obowiązek ten będzie realizowany wyłącznie w okresie gwarancji.**

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 7 do załącznika nr 7 do SWZ, stanowiący załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **przedłuża termin składania ofert do dnia 07.09.2023 r. do godz. 9:00.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

- **rozdz. XVI Wadium pkt 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 07.09.2023 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)”

- **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **07.09.2023 r. do godz. 9:00.**”

- **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.09.2023 r. o godz. 10:00**”

- **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **05.12.2023r.**”

Z poważaniem

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*Milena Kaluzna-Nowak*

Załączniki:

1/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2/ załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne (wymagane parametry graniczne oraz inne wymagane warunki), parametry techniczne podlegające ocenie, - aktualnie obowiązujący

3/ załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego aktualnie obowiązujący

4/ załącznik nr 7 do załącznika nr 7 do SWZ - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH\_ aktualnie obowiązujący

ST. SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*Ferech-Nowak*