

Warszawa, 05.09.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa drobnego sprzętu medycznego.

PN-168/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Część 6

Dotyczy pozycji 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności 4 zakresów temperatur (43,3°C wysoka, 37,8°C średnia, 32,2°C niska, pokojowa/ochładzanie).

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pozycji 4

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności 1 prędkości przepływu powietrza nie powodującej zbędnych prądów po- wietrznych 980 l/min.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pozycji 7

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia wyposażonego we wbudowany timer, który włączy kontrolkę optyczną „Licznik godzin” po 500 godzinach łącznego użytku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pozycji 8

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia wyposażonego we wbudowany timer, który włączy kontrolkę optyczną „Licznik godzin” po 500 godzinach łącznego użytku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pozycji 9

5. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości jednoczesowego ogrzewania płynów infuzyjnych za pomocą spirali grzewczej, co umożliwi Zamawiającemu pozyskanie większej ilości ofert w zakresie części 6 prowadzonego postępowania.

Odp.: Zamawiający nie odstąpi od powyższego wymogu.

Dotyczy pozycji 10

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenia, w którym zadana temperatura odpowiada temperaturze na końcu wylotu przewodu. Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia: pierwsze zabezpieczenie przy temp. 52,0°C +/- 3°C

- alarm dźwiękowy i wizualny, wyłączenie grzania i wentylatora; drugie zabezpieczenie przy temp. 64,0°C lub mniej - całkowite wyłączenie zasilania urządzenia powietrznego.

Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą: przy temp. 29.4°C lub niższej. Alarmy dźwiękowe i wizualne oraz wyłączenie grzałki

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

dot. Część 10:

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu o wymiarach zewnętrznych mniejszych od podanych w poz. 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tzn. 300x150x300 mm (SxWxG) (+5%/ -10%)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

dot. Część 10:

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody monopolarnej, wielorazowego użytku kulkowej o śr. 6mm, prostej, dł. 11,5cm – 2 szt wskazanej w poz. 17 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Akcesoria do aparatu na Klinikę Ginekologii Onkologicznej)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dot. zadania 9

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1-3:

1. W przypadku nie wykonania umowy w terminach określonych w § 1 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

2. W przypadku nie wykonania przeglądu w terminie określonym w harmonogramie przeglądów, o którym mowa w § 4 ust. 5 lub usunięcia wad, w terminach określonych w § 4 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przekazywania faktury VAT w formie pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej: efaktury@nio.gov.pl.

12. Czy Zamawiający dla części 7 postępowania "Dygestorium wolnostojące" dopuszcza w opisie przedmiotu zamówienia punkt 12 i 13 dla budowy dygestorium (korpus szafki, tylna ściana komora do odciągów oparów, szafki podblatem oraz elementy osłonowe i konstrukcyjne) wykonanie z chemoodpornego tworzywa sztucznego PCV kolor śnieżno-biały?

Wykonanie w całości dygestorium z chemoodpornego PCV jest rozwiązaniem lepszym lub równoważne w stosunku do elementów stalowych malowanych farbami epoksydowymi.

Poglądowe zdjęcia na stronie internetowej www.dygestoria.com

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej W § 13 wzoru umowy pkt 1 ppkt 1) i 2) na następujące brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku:
1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,5% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3 – Aparat EKG z podstawą jezdnią - 1 szt.

pkt 1

14. Czy Zamawiający będzie wymagał dedykowany 10 odprowadzeniowy kabel EKG o konstrukcji anatomicznej – elektrody przedsercowe pogrupowane w dwie grupy po 3 elektrody, odporny na impuls defibrylatora, z wielorazowymi klipsowymi elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi elektrodami przedsercowymi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

pkt 3

15. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat EKG wyposażony był w szerokie pasmo przenoszenia od 0,01 Hz do 500 Hz oraz filtr dolnoprzepustowy 350, 300, 270, 150, 100, 75 [Hz] co zgodnie z zaleceniami AHA (ang. American Heart Association) pozwala na bezpieczne dokonanie pełnej diagnostyki EKG spoczynkowego u dorosłych, dzieci i noworodków?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

pkt 4

16. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 361x262x135 (+/-2) [mm]? Jest to minimalna różnica względem wymaganych rozmiarów, a co więcej sam rozmiar urządzenia nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ zgodnie z punktem 1 Opisu minimalnych wymagań parametrów technicznych,

aparat EKG będzie zamocowany na mobilnym wózku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

pkt 5

17.Czy Zamawiający dopuści równoważny aparat EKG wyposażony w szerszy zakres filtracji:

- filtr dolnoprzepustowy i mięśniowy 350, 300, 270, 150, 100, 75 [Hz]

- filtr sieciowy 50/60 Hz z możliwością wyłączenia

- filtr izolinii 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

pkt 13

18.Czy zamawiający dopuści wbudowaną bazę danych pacjentów 800 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD lub pamięci USB typu pendrive?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

pkt 21

19.Czy Zamawiający dopuści aparat EKG obsługujący eksport badań do pamięci USB (z możliwością blokady) lub na inny aparat EKG, a także dowolny komputer w sieci za pomocą usługi FTP? Wysyłanie wrażliwych danych takich jak badanie EKG pacjenta na dowolną skrzynkę e-mail, z wykorzystaniem sieci Internet, jest niebezpieczne m.in. z powodu możliwości podsłuchania takiej transmisji i zdobycia informacji o stanie zdrowia konkretnego pacjenta. Protokół FTP jest bezpieczniejszy, ponieważ pozwala ograniczyć przesyłanie badań tylko do sieci wewnętrznej szpitala, a nawet do konkretnych komputerów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

pkt 23

20.W związku z tym, że Zamawiający wymaga integracji aparatu EKG z systemem HIS uprzejmie prosimy Zamawiającego o wskazanie osoby obsługującej opisany system Clininet firmy CGM w celu uzyskania niezbędnych informacji, które są konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i wycenienia usługi integracji, której koszt z naszego doświadczenia wynosi od około 10 do nawet 50 tys. Zł.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymogu integracji aparatu EKG z systemem HIS.

21.Pakiet 6 pozycja I.8 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wewnętrznym licznikiem godzin, informującym o przepracowaniu 500 godzin celem wymiany filtra (do tego momentu nie pokazującego tej informacji na wyświetlaczu)? Urządzenie natomiast wyświetla czas pracy przy ogrzewaniu danego pacjenta (każdego z osobna).

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

22.Pakiet 6 pozycja I.9 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości jednoczesnego ogrzewania płynów infuzyjnych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

23.Pakiet 6 pozycja I.10 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z 2-ma czujnikami, oraz z możliwością stosowania 2-óch prędkości przepływu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

24. Pakiet 6 pozycja II.13 - Czy Zamawiający przez „czas reakcji” dopuści przestanie kurierem urządzenia zastępczego w przeciągu 48 godzin i odebrania przez firmę kurierską urządzenia do naprawy w siedzibie serwisu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

25. Pakiet 6 pozycja II.21,22 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia? Urządzenie do ogrzewania pacjenta jest urządzeniem nieskomplikowanym, gotowym do pracy po wyjęciu z opakowania i podłączeniu do sieci elektrycznej, a dołączona instrukcja obsługi w języku polskim w sposób szczegółowy opisuje użytkowanie.


Odp.: Zamawiający nie odstąpi od powyższego wymogu.

Powyższe dopuszczenia Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 – 2.11 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Milena Wójcicka-Nowak

ST. SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Milena Wójcicka-Nowak