

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: **„Dostawa akcesoriów wielokrotnego użytku”**, nr sprawy: PN-145/23/DS

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytania dotyczące części nr 5:

Pytanie nr 1

„1. Prosimy o odstąpienie od konieczności dołączenia dla części nr 5 katalogu, folderu. Przedmiotem postępowania w zakresie części nr 5 jest dysza do sortera komórek FACS Aria III. Element będący przedmiotem zamówienia nie posiada karty katalogowej, jest wymieniony (nazwa oraz numer katalogowy) w instrukcji obsługi aparatu, którą zamawiający posiada. W przypadku braku zgodny na powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty fragmentu instrukcji sortera z wyszczególnionym jedynie numerem katalogowym i nazwą oferowanej części w jęz. angielskim (produkt niemedyyczny).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty fragmentu instrukcji sortera z wyszczególnionym jedynie numerem katalogowym i nazwą oferowanej części w jęz. angielskim. Jednocześnie zaznacza, iż powyższy przedmiotowy środek dowodowy należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pytanie nr 2

„2. Dotyczy części nr 5, załącznik 2.5

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu gwarancji dla przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanego w części nr 5 do 6 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru towaru.

Zaproponowany 24 miesięczny okres gwarancji jest niemożliwy do zaoferowania w przypadku części zużywalnej.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zmienia zapis w części nr 5 (załącznik nr 2.5 do SWZ) w zakresie gwarancji:

Było:

Okres gwarancji - minimum 24 miesiące od daty podpisania "protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru towaru".

Jest:

Okres gwarancji - minimum 6 miesięcy od daty podpisania "protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru towaru".

Powyższe zostanie uwzględnione w obowiązującym załączniku nr 2.5 do SWZ.

Pytanie nr 3

„3. Dotyczy wzoru umowy, §9 ust 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości brutto niewymienionego w terminie towaru lub co do którego Zamawiający wniósł reklamację za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

„5. Dotyczy wzoru umowy, §1 ust 6 oraz zał. 2.5

Prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia z towarem materiałów producenta lub dystrybutora potwierdzających parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi.

Przedmiot zamówienia nie posiada karty katalogowej, instrukcji użytkownika w j. polskim Dysza do sortera jest wyspecyfikowana (nazwa oraz numer katalogowy) w instrukcji obsługi aparatu, którą zamawiający posiada.

W przypadku braku zgody prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie w terminie dostawy instrukcji sortera z wyszczególnionym jedynie numerem katalogowym i nazwą oferowanej części, instrukcja zostanie dostarczona w jęz. angielskim (urządzenie niemedyce, nie wymaga instrukcji w j. polskim).”

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od konieczności dostarczenia z towarem materiałów producenta lub dystrybutora potwierdzających parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi.

Powyższe zostanie uwzględnione w obowiązującym załączniku nr 2.5 do SWZ.

Ponadto, Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ), Wykonawca wraz z towarem zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania, jeśli dotyczy tego towaru.

Pytanie nr 5

„6. Dotyczy wzoru umowy, §1 ust 6 oraz zał. 2.5

Prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia wraz z dostawą deklaracji zgodności CE Wyszczególniony w części nr 5 produkt nie posiada odrębnej deklaracji zgodności CE (część zamienna sortera).”

Odpowiedź: W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i nie posiada deklaracji zgodności CE, Zamawiający wymaga złożenia wraz z dostawą stosownego oświadczenia.

Powyższe zostanie uwzględnione w obowiązującym załączniku nr 2.5 do SWZ.

Pytanie nr 6

„7. Dotyczy wzoru umowy, §9 ust 4

Prosimy o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

„8. Dotyczy wzoru umowy, §9 ust 5

Prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do maksymalnego poziomu 20% łącznego wynagrodzenia brutto.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe dopuszczenia oraz zmiany, podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Dmowska

Załączniki:

- załącznik nr 2.5 do SWZ obowiązujący - formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia.

ST. SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Damián Sadło

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY

Część nr 5 - Akcesoria do sortera komórek FACS Aria III prod. Becton

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	ilość	Nazwa handlowa /producent	Nr katalogowy (lub inna cecha identyfikująca produkt)	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto PLN
1	Dysza zamknięta o wymiarach ok. 20 x 5 x 3mm wraz z niezbędnymi elementami do podłączenia do sortera komórek FACS Aria III prod. Becton (będącego w posiadaniu Zamawiającego)	szt.	2						
RAZEM:								X	

Wartość netto: PLN (słownie złotych:)

Wartość brutto: PLN (słownie złotych:)

Lp.	GWARANCJA
1	Okres gwarancji - minimum 6 miesięcy od daty podpisania "protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru towaru".
Lp.	ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY
1	Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaofiarowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE lub oświadczenia . Dokumenty należy złożyć wraz z dostawą towaru.
2	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi - doctarezyé wraz z dostawą towaru
Lp.	INNE
1	Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia
Lp.	WARUNKI DOSTAWY
1	Termin realizowania przedmiotu zamówienia - do 84 dni od dnia zawarcia umowy

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

