

Warszawa, 8 listopada 2023 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę wyrobów medycznych i niemedycznych jedno i wielorazowych, **znak postępowania PN-226/23/HO**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:


- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1:

załącznik 2.4, poz. 1-6

„Część 9 : Medyczne pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości do wykorzystania w profilaktyce przed-; śród- i pooperacyjnej zakrzepicy oraz zatorowości u leżących pacjentów z sekwencyjnym uciskiem 14-22mmHg, wykonane z 78%-poliamid -22% elastan z punktem rewizyjnym w obrębie palców i w rozmiarach od S do XXL. Zakres obwodów wg. załączonej tabeli:

Table of sizes



Colour stripes	1	2	3	5	6
	s	m	l	xl	xxl
rG	46 – 50	50 – 54	54 – 58	58 – 62	62 – 66
rC	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
rB	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane produkty.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do ud; wykonane z : nylon \geq 86%, poliester, roica ; w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; punkt rewizyjny w obrębie palców; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy ; dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL:*9 rozmiarów standardowych od A do J (trzy zakresy obwodu łydki, poniżej 30.5 cm, 30.5 do 38 cm, 38 do 44.5 cm) *9 rozmiarów dla osób otyłych od K do T (trzy zakresy obwodu łydki, 38 do 44.5cm, 44.5 do 54.6 cm, 54.6 do 66cm) ; zarejestrowane jako produkt medyczny?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 3:

„Pakiet 14, składowa 1. Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu polietylenowo polipropylenowego ze wzmocnieniem, o wymiarach 240cm x 340 cm z jednostronną folią o wymiarach 60 cm x 340 cm, z dwoma otworami o średnicy 12 cm wypełnionymi folią nie przedzielonymi taśmą samoprzylepną, umieszczonymi 55 cm od krótszej górnej krawędzi oraz od panelu foliowego 75 cm, o gramaturze łącznej 160 g/m² (podstawowa 56 g/m² oraz wzmocnienie 104 g/m²)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

„Pakiet 14, składowa 13. Czy Zamawiający dopuszcza szpatułkę plastikową do mycia pola operacyjnego o długości 16 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowaną szpatułkę.

Pytanie nr 5:

„Pakiet 14, składowa 16

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę foliową na sprzęt okrągłą o wymiarach 65 cm x 85 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanej osłony foliowej.

Pytanie nr 6:

„Pakiet 14, składowa 17

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 150cm x 180 cm o gramaturze 60g/m² oraz chłonnością 600 %?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 7:

„Pakiet 14, składowa 18

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy medycznej +/- 1 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 8:

„Pakiet 14, składowa 19, Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami wykonanymi z dzianiny o długości 7,5 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 9:

„Pakiet 14, składowa 20

Czy Zamawiający dopuszcza serwetki celulozowe o wymiarach 40cm x 40cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 10:

„Pakiet 14, składowa 21. Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 150cm x 180 cm o gramaturze 60g/m² oraz chłonnością 600 %? „

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 11:

„Pakiet 14. Czy Zamawiający dopuszcza zestaw bez kolorowych etykiet?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12:

„Pakiet 14. Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową typu Tyvek? „

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 13:

„Pakiet 14. Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 14:

„Zestawy 2.10 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy system do infuzji dożylny, z 3 portami bezigłowymi, w wersji bursztynowej (ochrona UV), gdzie na końcu linii znajduje się zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się krwi do drenu, bez rotacyjnego łącznika luer-lock. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 15:

„Zestawy 2.10 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy system do infuzji dożylny, 5 portami bezigłowymi, w wersji bursztynowej (ochrona UV), gdzie na końcu linii znajduje się zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się krwi do drenu, bez rotacyjnego łącznika luer-lock. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 16:

„Zestawy 2.10 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści system podłączeniowy z 1 portem bezigłowym, który umożliwia dostrzyknięcie leków, dren w wersji bursztynowej (ochrona UV), zastawka bezzwrotna na końcu drenu, która zapobiega cofaniu się płynu do drenu długość 34-35 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 17:

„Zestawy 2.10 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści system podłączeniowy z wbudowanym filtrem do podaży leków TAXOLI, w wersji bursztynowej (ochrona UV), zatyczka z filtrem hydrofobowym 1,2 mikrona zabezpieczająca dren przed wyciekami płynu. Dren zakończony zastawką zapobiegającą cofaniu się płynu do drenu, bez ruchomego łącznika luer – lock. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 18:

„Zestawy 2.10 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren przezroczysty wielodrożny w wersji bursztynowej (ochrona UV) z możliwością podłączenia 2 opakowań z lekiem cytostatycznym oraz z dodatkowym portem bezigłowym do podaży bolusa. Podaż tylko metodą grawitacyjną. Jednoczęściowa komora kroplowa bez filtra typu AirStop na dnie komory. Zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Potwierdzenie producenta, że jest to system zamknięty w myśl definicji NIOSH. Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 19:

„Zestawy 2.10 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren przezroczysty wielodrożny w wersji bursztynowej (ochrona UV) z możliwością podłączenia 4 opakowań z lekiem cytostatycznym oraz z dodatkowym portem bezigłowym do podaży bolusa. Podaż tylko metodą grawitacyjną. Jednoczęściowa komora kroplowa bez filtra typu AirStop na dnie komory. Zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Potwierdzenie producenta, że jest to system zamknięty w myśl definicji NIOSH. Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.