

### Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych na **Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej, PN-210/23/KK.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

#### **Pytanie nr 1**

Czy ze względu na zakończony okres wparcia Producenta dla pozycji 1 w części 3, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji z części 3?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie, Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2.3a do SWZ poprzez dodanie pkt. 25 o następującej treści:**

*„25. W przypadku, gdy z powodu braku dostępności części zamiennych Wykonawca nie będzie mógł przedstawić oferty cenowej na naprawę uszkodzonego Sprzętu, o której mowa w pkt. 17 i 22, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu orzeczenie techniczne ze wskazaniem przyczyny uszkodzenia sprzętu, które może stanowić podstawę do wyłączenia Sprzętu przez Zamawiającego z dalszej eksploatacji.”*

**Obowiązujący Załącznik nr 2.3a do SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

#### • **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://nio.ezamawiajacy.pl> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 01.12.2023 r. do godz. 09:00”*

#### • **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2023r. o godz. 10:00”*

*Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.*

- **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**


„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **28.02.2024r.**”

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
  
Wioletta Dmowska

Załączniki:

- 1/ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
- 2/ Obowiązujący Załącznik nr 2.3a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
inż. Katarzyna Król