

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych na: Dostawa chłodziarek, zamrażarek laboratoryjnych.
PN-278/23/KT

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Część 1 Chłodziarka laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści głębokość 650 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokość 1920 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 2 Chłodziarka laboratoryjna

3. Czy Zamawiający dopuści wysokość 2040 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści izolację o grubości 60 mm zarówno dla drzwi jak i korpusu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści szuflady z frontem z przezroczystego pleksi zamiast ze szkła? Są znacznie bezpieczniejsze w użytkowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści port USB bez slotu kart SD do kopiowania danych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający dopuści ustalenie kierunku otwierania drzwi na etapie zamówienia bez możliwości późniejszej zmiany?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

8. Czy Zamawiający dopuści 4 kółka samonastawne i dwie nóżki z przodu urządzenia? Zwykle wykręcenie tylnych stopek, po posadowieniu urządzenia w miejscu docelowym i tak nie jest możliwe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Część 4 Zamrażarka laboratoryjna szafowa

9. Czy Zamawiający dopuści wysokość zewnętrzną 2040 mm i wysokość wewnętrzną 1300 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści izolację o grubości 70 mm zarówno dla drzwi jak i korpusu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści dotykowy wyświetlacz 7" bez czytnika kart NFC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści port USB bez slotu kart SD do kopiowania danych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści ustalenie kierunku otwierania drzwi na etapie zamówienia bez możliwości późniejszej zmiany?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści 4 kółka samonastawne i dwie nóżki poziomujące i blokujące urządzenie na miejscu, zlokalizowane z przodu urządzenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu 57dB?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści zużycie energii 10,7kWh/24h?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści drzwi wykonane ze stali nierdzewnej z kierunkiem otwierania ustalonym na etapie zamówienia bez możliwości późniejszej zmiany?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 5 Zamrażarka skrzyniowa laboratoryjna

18. Czy Zamawiający dopuści pojemność 368l netto ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach (SxGxW) do 1560x765x885 mm? Mierzone z uchwytem, zawiasami oraz kółkami/stopkami?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

20. Czy Zamawiający wymaga deklaracji na zgodność z Atex?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

21. Czy Zamawiający dopuści wnętrze ze stali malowanej proszkowo?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści kosz o głębokości minimalnej 400 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści kotka zamiast nóżek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

24. Czy Zamawiający dopuści zużycie energii do 4,3 kWh/24h?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

25. Czy Zamawiający dopuści masę netto 88 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy załącznik 2.1

26. Czy Zamawiający dopuści pojemność 340 l oraz wysokość zewnętrzną urządzenia 1510 mm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

27. Czy Zamawiający dopuści głębokość 700 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zabezpieczenia termicznego przed spadkiem temperatury poniżej + 2 st. C ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez oddzielnego włącznika oświetlenia LED? Urządzenie jakie chcemy zaoferować posiada wewnętrzne światło LED, które zapala się, gdy drzwi się otwierają i gaśnie, gdy są zamknięte.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści alarm braku zasilania ale bez określonego przez Producenta czasu jego utrzymania ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki wynoszące 10 kg ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy wszystkich pakietów

32. Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń:

a. Na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Odp.: Zamawiający informuje, iż:

Klinika Nowotworów Układu Moczowego – 3 piętro

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi – 9 piętro

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej – 4 piętro

Zakład Mikrobiologii Klinicznej - parter

Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów – 7, 8, 9 piętro

Zakład Immunoterapii Eksperymentalnej – 4 piętro

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary - szer. głębokość, wysokość i nośność ?

Odp.: Towarowa, rozmiar standartowy.

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach?

Odp.: Nie.

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odp.: Standartowe

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Odp.: Nie.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Pakiet nr 1

33. Prosimy o informację, czy podana pojemność chłodziarki jest pojemnością użytkową/ netto ?

Odp.: Tak.

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o następujących parametrach wym. zew. (SxGxW) 650*673*1992 mm.

Różnice pomiędzy wymaganiami Zamawiającego a proponowanym modelem są niewielkie a pojemność netto jest większa od wymagań i wynosi 395L co jest korzystne dla Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

35. Prosimy o zgodę na max. obciążenie półki 20 kg, co przy 6 półkach daje max. obciążenie 120 kg. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację i podanie jaki rodzaj produktów zamierza tam przechowywać.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, a asortyment przechowywany w chłodziarce nie jest przedmiotem postępowania.

pakiet 1

36. Czy Zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności 450L brutto / 297 L netto?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

37. Czy Zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych: 188,4 / 59,7 / 65,4 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

38. Czy Zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności 588L brutto / 435 L netto?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

39. Czy Zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych: 179,3 / 74,7 / 76,9 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

40. Czy Zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności 416L?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

41. Czy Zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych: 187,5 x 60 x 75 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe dopuszczenia/zmiany Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić/wpisać w załączniku nr 2.1 – 2.7 do SWZ w Formularzu cenowym /opisie przedmiotu zamówienia.

.....

ST4 SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Ferech-Wojan

KIEROWNIK
SEKCJI ZAOPATRZENIA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Beata Poniatowska-Kuc