

Warszawa, 05.01.2024 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu medycznego, nr sprawy: PN-199/23/JP

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1

Część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin dostawy przedmiotu zamówienia do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 2

Część 2

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Część 2

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 3 szuflady z uchwytyami w kolorze zielonym lub czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka wyposażonego w 3 szuflady z uchwytyami w kolorze czerwonym.

Pytanie nr 4

Część 2

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez szyn instrumentalnych? W oferowanym wózku wyposażenie jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Część 2

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą otwieraną kolanem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Część 2

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu na pudełko rękawiczek (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Część 2


Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacki na odpadki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część 2

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego (zamiast koszyka na akcesoria) z boku w trzy uchylne, tworzywowe, uniwersalne pojemniki na akcesoria (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Część 2

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacki na narzędzia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Część 2

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów całkowitych wózka bez wyposażenia opcjonalnego: szerokość 720 mm, głębokość 620 mm, wysokość od podłoża do blatu 985 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Część 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin dostawy przedmiotu zamówienia do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 12

Część 7

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu wykonanego z płyt HPL oraz konstrukcji ze stalowych profili zamkniętych malowanych farbą proszkową na kolor szary?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Część 7

Czy (w pkt. 2 i 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże dwusegmentowe z możliwością pochylecia, regulacja za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Część 7

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznej ze stali nierdzewnej i stali lakierowanej po obu stronach leżanki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Część 7

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydraulicznej regulacji wysokości w zakresie 60 – 92 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Część 7

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 kół jezdnych z blokadą centralną wszystkich kół jednocześnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Część 7

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w składany statyw kroplówki bez konieczności stosowania uchwytów mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Część 7

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennego materaca pokrytego tkaniną wykonaną z poliestru i poliuretanu, bez uchwytów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Część 7

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej 214,3 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Część 7

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej 77,8 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Część 7

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kąta unoszenia wezgłowia / segmentu oparcia pleców 90° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Część 7

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża o szerokości 61 cm oraz długości segmentu wezgłowia / oparcia pleców 70 cm i części stałej 116 cm (leże przystosowane do materaca o wymiarach 190 x 65 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Część 7

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów segmentu wezgłowia / oparcia pleców 61 x 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Część 7

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masy wózka 160 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Część 7

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dopuszczalnego obciążenia 310 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Część 7, Poz.2

Czy Zamawiający dopuści: Leże dwu-segmentowe z regulacją pochylenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Część 7, Poz.3

Czy Zamawiający dopuści: Regulacja zagłówka przy wsparciu sprężyn gazowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Część 7, Poz.4

Czy Zamawiający dopuści: Opuszczane bariery boczne chromowane po obu stronach leżanki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Część 7, Poz.5

Czy Zamawiający dopuści: Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 56- 86 cm lub 61-91cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Część 7, Poz.6

Czy Zamawiający dopuści: 4 koła jezdne plus 5-te koło kierunkowe z blokadą kierunku jazdy i obrotu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Część 7, Poz.7

Czy Zamawiający dopuści: Leżanka bez płyty HPL - przezierniej dla promieni RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Część 7, Poz.8

Czy Zamawiający dopuści: Specjalnie wyprofilowane naroża pełniące funkcję odbojników, 4 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Część 7, Poz.9

Czy Zamawiający dopuści: Składany, mocowany na stałe lub wyjmowany statyw kroplówki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Część 7, Poz.10

Czy Zamawiający dopuści: Wymienny materac w wodoodpornej poszewce, mocowany do leża na rzepy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Część 7, Poz.12

Czy Zamawiający dopuści: Szerokość całkowita - 78 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Część 7, Poz.13

Czy Zamawiający dopuści: Kąt unoszenia zagłówka - 0 - 90 st.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Część 7, Poz.14

Czy Zamawiający dopuści: Wymiary leża - 193 x 62 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Część 7, Poz.15

Czy Zamawiający dopuści: Wymiary zagłówka – ok.64 x 62 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Część 7, Poz.17

Czy Zamawiający dopuści: Masa wózka – 115-120 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Część 5

Czy Zamawiający dopuści stół Mayo o nośności 15 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Część 5

Czy Zamawiający dopuści stół Mayo wyposażony w 3 pojedyncze kółka fi 80mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

dotyczy – terminu realizacji dla części nr 5 - stół do instrumentów chirurgicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do 40 dni?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin dostawy przedmiotu zamówienia do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 43

Część 6

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 870x570x1100mm (dłxszerxwys) i wymiarach blatu 800x500mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Część 6

Z uwagi na zapisy punktu 5 i fakt, że Użytkownicy wózka mogą różnić się wzrostem, co sprawi, że dla jednej osoby wysokość uchwytów będzie ergonomiczna a dla wyższej/niższej już nie, proszę o podanie pożądanej przez Zamawiającego wysokości uchwytów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wózka z uchwytem na wysokości blatu lub do 10 cm powyżej blatu. Powyższe zostanie uwzględnione w zmienionym załączniku nr 2.6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 45

Część 6 dotyczy – terminu realizacji dla części nr 6 - wózek farmaceutyczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do 40 dni?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin dostawy przedmiotu zamówienia do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 46

Termin płatności

Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Projekt Umowy § 4 ust. 5

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na usunięcie wad i usterek sprzętu do 5 dni roboczych od złożenia reklamacji oraz do 20 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 4 ust. 5 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do SWZ), otrzymuje następujące brzmienie:

- 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek sprzętu w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji), a w przypadku gdyby termin ten wypadł w dniu ustawowo wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Dla uznania przez Zamawiającego konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem 5 dni, wskazanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca oświadcza, że części zamienne będą wolne od wad fizycznych i prawnych.*

Pytanie nr 48

Termin realizacji – Część 1, 2, 5, 6

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 45 dni od daty zawarcia umowy dla części 1, 2, 5 oraz 6. Pragniemy zauważyć, iż wyroby te są produkowane pod konkretne zamówienie, wymagają dodatkowych ustaleń, a cykl ich produkcji nie jest możliwy do skrócenia. Wydłużenie terminu realizacji umożliwi Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin dostawy przedmiotu zamówienia: dla części 1, 5 i 6 – do 45 dni od daty zawarcia umowy, dla części 2 – do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- **rozdz. XVI Wadium pkt. 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 22.01.2024 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)”

- **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://nio.ezamawiajacy.pl> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **22.01.2024 r. do godz. 09:00**”

- **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.01.2024 r. o godz. 10:00**”

- **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **20.04.2024 r.**”

Pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe dopuszczenia oraz zmiany, podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem,
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Dmowska

Załączniki:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- Zmieniony załącznik nr 2.6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.